PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPINOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PROMOÇÃO HUMANA
R. Genésio Tolentino, n° 91, Bairro Santa Tereza –Espinosa MG
CNPJ 186509520001-16
Email: secdesaude.espinosa@gmail.com/ Telefone: (38) 3812-3243

Espinosa, 06 de março de 2020.

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

PROCESSO: 05/2020
PREGÃO PRESENCIAL: 01/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E PSFs DO MUNICÍPIO DE ESPINOSA-MG

Reuniram- se, aos 05 de março de 2020, comissão para análise das amostras referente ao processo acima qualificado.

Tem o presente instrumento, o fim específico de analisar as amostras recebidas, sendo apresentado o resultado conforme a seguir:

BAHIA MEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS – EIRELI-ME
Todas as amostras apresentadas foram aprovadas.
ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
Todas as amostras apresentadas foram APROVADAS, *com exceção do item: COMPRESSA CAMPO CIRÚRGICO: ALVA, 38 G/UNIDADE/ 100% ALGODÃO NÃO ESTÉRIL, 04 CAMADAS COM CADARÇO, COM 50 UNIDADES 50X45 CM
BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME
Todas as amostras apresentadas foram aprovadas.
MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA
Todas as amostras apresentadas foram aprovadas.
MASTER MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR
Todas as amostras apresentadas foram aprovadas.

Após passar por avaliação, processo de lavagem e esterilização o item **129-COMPRESSA CAMPO CIRÚRGICO,: ALVA, 38 G/UNIDADE/ 100% ALGODÃO NÃO ESTÉRIL, 04 CAMADAS COM CADARÇO, COM 50 UNIDADES 50X45 CM,** da marca **TEXCARE HEALTCARE SOLUTIONS** do processo de licitação 05/2020, Pregão Presencial 01/2020 vencido pela empresa **ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI** **NÃO FOI APROVADO** pela equipe

CME – Central de Material e Esterilização e equipe do Centro Cirúrgico do hospital municipal. Como exposto nas fotos a seguir o item apresenta pontos de desfiamento que podem causar desprendimento de algumas partes da compressa. Como a mesma será utilizada em procedimentos cirurgicos de médio e grande porte, há o risco dessas partes se desprenderem durante o procedimento causando danos ao paciente.

Em análise, os demais materiais recebidos até o momento para testes, foram considerados **APROVADOS** pela equipe.

Desta forma, a Secretaria Municipal de Saude aguarda a apresentação da amostra do segundo colocado para o referido item e ainda, dos demais itens da licitação, vencidos por outras empresas.

Comissão de avaliação

Gilmar Barbosa Lima
Secretário Municipal de Saude

AMOSTRA REPROVADA: